

Sarajevo, 04-02-2021

Broj:

01-11-3-6087

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (br.0202-14544/17) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 10-33-4-5621 od 02.02.2021. godine, Generalna direktorica donosi:

### **ODLUKU**

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilnog digitalnog RTG uređaja za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu

**Prihvata se prijedlog Komisije** za nabavku mobilnog digitalnog RTG uređaja za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu, po Izvještaju br. 10-33-4-5621 od 02.02.2021. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, objavljenog na portalu e-nabavke pod brojem obavještenja 893-1-1-909-3-588/20 dana 25.12.2020. godine i ugovor **dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču:**

#### **MEDICAL d.o.o. Mostar**

Mobilni digitalni RTG uređaj MAC D proizvođača General Medical Merate SPA

**Vrijednost ugovora : 180.000,00 KM + PDV 30.600,00 KM = 210.600,00 KM sa PDV-om**

- Uslovi plaćanja: u roku 30 dana nakon isporuke, puštanja u rad i ispostavljanja fakture.
- Garantni rok na isporučenu robu: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca
- Rok isporuke: 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora i prijema narudžbenice

### **II**

Izabrani ponuđač dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza tražene tačkom 4.1. Tenderske dokumentacije, ukoliko istu nisu dostavili uz ponudu, u skladu sa dostavljenom Izjavom ponuđača, a ne starijih od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

### **III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici KCUS-a putem web stranice Kantona Sarajevo, kao i dostavljena ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

### **OBRAZLOŽENJE**

U skladu sa Odlukom Generalne direktorice KCUS-a broj: 01-11-3-59921-1 od 23.12.2020. godine, pokrenut je postupak javne nabavke za „Nabavku mobilnog digitalnog RTG uređaja za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu“. Procijenjena vrijednost nabavke je 180.000,00 KM bez PDV-a. Nabavka je planirana Izmjenom i dopunom Plana javnih nabavki za 2020. god. pod kategorijom „investicije robe“ redni br. 78 (Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020 godinu, broj: 594/20 protokol br. 04-2-38873/20). Uslovi plaćanja predviđeni za postupak nabavke su: plaćanje u roku 30 dana od dana isporuke, montaže, puštanja u rad, obavljene edukacije i ispostavljanja fakture (na osnovu dopisa Sektora za računovodstvo, plan i analizu br. 56-11-1-42059 od 21.09.2020. godine).

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu e-nabavke dana 25.12.2020 godine objavio Obavještenje o nabavci broj: 893-1-1-909-3-588/20, zajedno sa Tenderskom dokumentacijom.

Tendersku dokumentaciju sa portala e-nabavke preuzelo je 12 (dvanaest) potencijalnih ponuđača, a do krajnjeg roka određenog za prijem ponuda, dana 26.01.2021. godine do 09 h i 30 minuta, dostavljene su 3 (tri) ponude ponuđača:

1. Medicom d.o.o. Bijeljina sa ukupnom cijenom ponude u iznosu 215.000,00 KM bez PDV-a
2. Medical d.o.o. Mostar sa ukupnom cijenom ponude u iznosu 180.000,00 KM bez PDV-a
3. Berg d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude u iznosu 96.000,00 KM bez PDV-a

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

Komisija imenovana Odlukom broj: 01-04-4-2245 od 13.01.2021.godine je izvršila uvid i provjeru svakog dostavljenog dokumenta i konstatovala sljedeće:

- **Ponuđač MEDICOM d.o.o. Bijeljina** dostavio je ponudu za **mobilni digitalni RTG uređaj DRX Revolution Mobile X-ray System with DRX Plus 3543 Detector proizvođača Carestream Health.**

Uvidom u tenderske i tehničke zahtjeve, te dostavljenu, obilježenu katalošku dokumentaciju, Komisija je konstatovala da ponuđeni uređaj **ne ispunjava tražene tehničke zahtjeve** koji se odnose na redne brojeve: 1.4, 1.6, 2.3, 2.5, 4.2, 4.4, 4.8, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 6.6 (traženo i ponuđeno u tabelarnom prikazu „tehnička specifikacija“).

R. br.	Opis traženih karakteristika	Ispunjene tehničke karakteristike
		DA/NE
1.4	Regulacija mA u min rasponu 25-450 mA	ne (25-400mA)
1.6	AEC – automatska kontrola ekspozicije	ne (manuelna kontrola)
2.3	Veliki fokus rendgenske cijevi od minimalno 1,3 mm	ne (1.2mm)
2.5	Ugao anode, minimalno 15°	ne (14°)
4.2	Dužina uređaja u transportnoj poziciji od maksimalno 115 cm	ne (121,9)
4.4	Minimalna distanca između izvor i pod 40 cm, a maksimalna distanca između izvora i poda od minimalno 205 cm	ne (68,3 cm i 202,2 cm)
4.8	Ukupna težina sistema ne veća od 176 kg	ne (575 kg)
5.5	DQE@ lp/mm 78%	ne (0,97 µGy)
5.6	Težina panela ne veća od 3 kg	ne (3,06 kg)
5.7	Autonomija rada 1600 slika u toku od 8 sati	ne (340 images per charge)
5.9	Dimenzija aktivne matrice detektora minimalno 3032 x 3436 piksela	ne (2544x3056)
6.6	Kontrast ekrana od minimalno 1000:1	ne

Na osnovu gore navedenog Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača **Medicom d.o.o.** ispunjava formalno pravne zahtjeve izuzev zahtjev TD iz tačke 3.2 Način dostavljanja ponude/ Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”(dostavljena ponuda u originalu i jedna kopija), **ali ne ispunjava tehničke zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom, te je neprihvatljiva** i ne može učestvovati u daljem toku natjecanja.

- **Ponuđač BERG d.o.o. Sarajevo** dostavio je ponudu za **mobilni digitalni RTG uređaj DR 100e proizvođača AGFA**

Uvidom u tenderske i tehničke zahtjeve, te dostavljenu, obilježenu katalošku dokumentaciju, Komisija je konstatovala da ponuđeni uređaj **ne ispunjava tražene tehničke zahtjeve** koji se odnose na redne brojeve: 1.3, 1.4, 1.6, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, (traženo i ponuđeno u tabelarnom prikazu „tehnička specifikacija“).

R.br.	Opis traženih karakteristika	Ispunjene tehničke karakteristike
		DA/NE
1.3	Regulacija mAs u minimalnom rasponu 0,1 mAs – 320 mAs	ne (0.1-220 mAs)
1.4	Regulacija mA u min rasponu 25-450 mA	ne (50-400 mAs)
1.6	AEC – automatska kontrola ekspozicije	ne (daljinsko)
4.2	Dužina uređaja u transportnoj poziciji od maksimalno 115 cm	ne (136,6)
4.4	Minimalna distanca između izvor i pod 40 cm, a maksimalna distanca između izvora i poda od minimalno 205 cm	ne (41,7 cm i 205,5 cm)
4.6	Dužina ruke min 100 cm	ne (94,90 cm)
4.7	Rotacija kolimatora ± 90°	ne (± 120°)

R.br.	Opis traženih karakteristika	Ispunjene tehničke karakteristike
		DA/NE
4.8	Ukupna težina sistema ne veća od 176 kg	ne (181 kg)
5.2	Rezolucija detektora/panela od 139 mikrona	ne (150 µm)
5.7	Autonomija rada 1600 slika u toku od 8 sati	/
5.8	Maksimalno opterećenje detektora od minimalno 150 kg	ne (120 kg)
5.9	Dimenzija aktivne matrice detektora minimalno 3032 x 3436 piksela	ne (2342x2840)

Na osnovu gore navedenog Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača Berg d.o.o. Sarajevo ispunjavaju formalno pravne zahtjeve, ali ne ispunjava tehničke zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom, **te je neprihvatljiva** i ne može učestvovati u daljem toku natjecanja.

**-Ponuđač Medical d.o.o. Mostar** dostavio je ponudu za mobilni digitalni RTG uređaj MAC D proizvođača General Medical Merate SPA.

Uvidom u tenderske i tehničke zahtjeve, te dostavljenu, obilježenu katalošku dokumentaciju, Komisija je konstatovala da ponuda ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi u tabelarnom prikazu, gdje je dostavljena ponuda ocijenjene kao **prihvatljiva**, pa može biti predmet vrednovanja i može učestvovati u daljem toku natjecanja.

Za ovaj postupak javne nabavke planirano je provođenje e-aukcije, ali u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, član 3. Stav 3) u kojem je regulisano kako se e-aukcija ne može provesti u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, predmetni postupak se okončava u skladu sa članom 69. ZJN.

Obzirom da je zadovoljena transparentnost i da je cijena jedine prihvatljive ponude u okviru osiguranih sredstava za nabavku, Komisija je Izvještajem br. 10-33-4-5621 od 02.02.2021. godine dala prijedlog, da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor za „nabavku mobilnog digitalnog RTG uređaja za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu“ dodijeli najpovoljnijem ponuđaču MEDICAL d.o.o. Mostar.

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donosi se odluka kao u dispozitivu.



**GENERALNA DIREKTORICA**  
**Prof. dr. Sebija Izetbegović**

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:** Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi bilo kojim ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:  
 - Ponuđačima  
 - Tehnički sektor  
 - a/a KCUS