

Sarajevo, 12-05-2021

Broj:

58-11-3-23057

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (br.0202-14544/17) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 10-33-4-21460 od 05.05.2021. godine, Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za
nabavku defibrilator-monitora za potrebe KCUS-a

Prihvata se prijedlog Komisije za „nabavku defibrilator-monitora za potrebe KCUS-a“, po Izvještaju br. 10-33-4-21460 od 05.05.2021. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, objavljenog na portalu e-nabavke pod brojem obavještenja 893-1-1-215-3-162/21 od 26.03.2021. godine i **ugovor dodjeljuje ponuđaču:**

BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo

1. **Bifazni defimonitor (mobilni/stacionarni) profesionalni za kliničku upotrebu sa opcijom Pacing i CPR senzorom /Defigard HD-7 proizvođača Schiller (1 kom)**
Jedinična cijena 24.990,00 KM x 1 kom = 24.990,00 KM bez PDV-a

i

2. **Bifazni defimonitor (mobilni/stacionarni) profesionalni za kliničku upotrebu Defigard HD-7 proizvođača Schiller (2 kom)**
Jedinična cijena 17.950,00 KM x 2 kom = 35.900,00 KM bez PDV-a

Vrijednost ugovora : 60.890,00 KM + PDV 10.351,30 KM = 71.241,30 KM sa PDV-om

- Uslovi plaćanja: u roku 30 dana od dana isporuke, montaže, puštanja u rad, edukacije osoblja i ispostavljanja fakture.
- Garantni period/rok na isporučenu robu: 18 (osamnaest) mjeseci
- Rok isporuke: 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora i prijema narudžbenice

II

Izabrani ponuđač dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza tražene tačkom 4.1. Tenderske dokumentacije, ukoliko istu nisu dostavili uz ponudu, u skladu sa dostavljenom Izjavom ponuđača, a ne starijih od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici KCUS-a putem web stranice Kantona Sarajevo, kao i dostavljena ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Odlukom Generalne direktorice KCUS-a broj: 58-11-7-14819-1 od 25.03.2021. godine, pokrenut je postupak javne nabavke za „nabavku defibrilator-monitora za potrebe KCUS-a“. Procijenjena vrijednost nabavke je 61.000,00 KM bez PDV-a. Nabavka je planirana privremenim Planom javnih nabavki za 2021. god. pod kategorijom „investicije robe“ redni br. 14 i 22 (Odluka o usvajanju privremenog Plana javnih nabavki Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2021 godinu, broj: 646/20 br. protokola 04-2-59660/20).

Minna Farica

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu e-nabavke dana 26.03.2021. godine objavio Obavještenje o nabavci broj: 893-1-1-215-3-162/21, zajedno sa Tenderskom dokumentacijom.

Tendersku dokumentaciju sa portala e-nabavke preuzelo je 18 (osamnaest) potencijalnih ponuđača, a do krajnjeg roka određenog za prijem ponuda, dana 26.04.2021. godine do 10 h i 30 minuta, dostavljene su 2 (dvije) ponude ponuđača:

1. Biomedica d.o.o. Sarajevo (broj protokola: 10-11-3-19785 od 23.04.2021.godine) sa ukupnom cijenom ponude u iznosu 60.890,00KM bez PDV-a
2. Alfa med d.o.o. Tomislavgrad (broj protokola: 10-11-3-19887 od 26.04.2021.godine) sa ukupnom cijenom ponude u iznosu 52.069,00 KM bez PDV-a

Komisija imenovana Odlukom broj: 58-11-3-19269 od 21.04.2021.godine je izvršila uvid i provjeru svakog dostavljenog dokumenta (Zapisnik o pregledu i ocjeni dostavljenih ponuda“ br. 10-33-4-21459 od 05.05.2021.godine) i analizom konstatovala:

- **Ponuđač ALFA MED d.o.o. Tomislavgrad** dostavio je ponudu za:

1. Bifazni defimonitor (mobilni/stacionarni) profesionalni za kliničku upotrebu sa opcijom Pacing i CPR senzorom **BeneHeart D6 sa CPR proizvođača Mindray**

Uvidom u tenderske i tehničke zahtjeve, te dostavljenu, **katalošku dokumenaciju koju ponuđač nije obilježio tj. nije postupio sa tenderskim zahtjevom**, Komisija je konstatovala da ponuđeni uređaj **ne ispunjava tražene tehničke zahtjeve** koji se odnose na redne brojeve : 2, 4, 15, 17 (traženo i ponuđeno u tabelarnom prikazu „tehnička specifikacija“):

R.br.	Opis traženih karakteristika	Ispunjene tehničke karakteristike
		DA/NE
2.	<p>Displej: LCD kolor, osjetljiv na dodir (touch display), otporan na grebanje sa izvedbom visokootpornog kaljenog stakla, min. dimenzija 7 inch (154 mm x 85,92 mm) Ugrađena opcija kolor ili crno/bijela zbog poboljšanja vidljivosti Displej mora prikazivati: EKG krivih, srčanu frekvencu i broj isporučених електрошокова Displej mora da posjeduje -monitor mod- sa prikazom: min. 6 kanalnog EKG signala uz detekciju ispravnog kontakta elektroda</p>	<p>ne -nema display osjetljiv na dodir, nema opciju kolor ili crno/bijela zbog poboljšanja vidljivosti, prikazuje 4 kanala traženo min. 6 kanala</p>
4.	<p>Izvedba sa tvrdim elektrodama, višekratnim, sa opcijom za odrasle i djecu na istim elektrodama sa automatskom detekcijom elektroda za odrasle ili djecu Obavezno posjedovanje dugmadi sa selekciju energije elektrošoka na samim tvrdim elektrodama, Dugmadima za punjenje i eskalaciju energije i dugmadima za zapis događaja i naredbe printanja na interni printer Obavezno posjedovanje LED indikatora za detekciju ispravnosti impedanse tvrdih elektroda</p>	<p>ne -nema signal ispravnog postavljanja elektroda</p>
15.	<p>Maksimalna težina uređaja bez višekratnih tvrdih elektroda ne smije prelaziti 5 kg</p>	<p>ne 5,5 kg</p>
17.	<p>Obavezno posjedovanje sljedećih opcija komunikacije: WiFi modul za komunikaciju sa BIS Obavezno posjedovanje mogućnosti slanja samotesta aparata i printanja na interni printer Obavezno posjedovanje min 1 USB ulaza Obavezna mogućnost prenosa podataka o pacijentu</p>	<p>ne nemaWiFi modul za komunikaciju sa BIS</p>

Za navedene tehničke zahtjeve ponuđač je u tehničkoj specifikaciji naveo DA, ali je Komisija uvidom u katalošku dokumentaciju konstatovala odstupanja od traženog.

Ponuđač je potpisao ANEKS 1 u kojem tačka 7. Glasi „Odgovaramo za tačnost podataka navedenih u specifikaciji karakteristika tenderske dokumentacije, a radi nabavke odgovarajuće opreme i svjesni smo da će nas pogrešno navedeni podaci direktno eliminisati iz daljeg toka natjecanja“, a ipak je naveo netačne podatke.

**2. Bifazni defimonitor (mobilni/stacionarni) profesionalni za kliničku upotrebu
BeneHeart D6 proizvođača Mindray**

Uvidom u tenderske i tehničke zahtjeve, te dostavljenu, katalošku dokumentaciju koju ponuđač nije obilježio tj. nije postupio sa tenderskim zahtjevom, Komisija je konstatovala da ponudeni uređaj **ne ispunjava tražene tehničke zahtjeve** koji se odnose na redne brojeve: 2, 4, 13, 15 (traženo i ponuđeno u tabelarnom prikazu „tehnička specifikacija“):

R.br.	Opis traženih karakteristika	Ispunjene tehničke karakteristike
		DA/NE
2.	<p>Displej: LCD kolor, osjetljiv na dodir (touch display), otporan na grebanje sa izvedbom visokootpornog kaljenog stakla, min. dimenzija 7 inch (154 mm x 85,92 mm) Ugrađena opcija kolor ili crno/bijela zbog poboljšanja vidljivosti Displej mora prikazivati: EKG krivih, srčanu frekvencu i broj isporučenih elektrošokova Displej mora da posjeduje -monitor mod- sa prikazom: min. 6 kanalnog EKG signala uz detekciju ispravnog kontakta elektroda</p>	<p>ne -nema display osjetljiv na dodir, nema opciju kolor ili crno/bijela zbog poboljšanja vidljivosti, prikazuje 4 kanala traženo min. 6 kanala</p>
4.	<p>Izvedba sa tvrdim elektrodama, višekratnim, sa opcijom za odrasle i djecu na istim elektrodama sa automatskom detekcijom elektroda za odrasle ili djecu Obavezno posjedovanje dugmadi sa selekciju energije elektrošoka na samim tvrdim elektrodama, dugmadima za punjenje i eskalaciju energije i dugmadima za zapis događaja i naredbe printanja na interni printer Obavezno posjedovanje LED indikatora za detekciju ispravnosti kontaktne impedanse tvrdih elektroda</p>	<p>ne -nema signal ispravnog postavljanja elektroda</p>
13.	<p>Maksimalna težina uređaja bez višekratnih tvrdih elektroda ne smije prelaziti 5 kg</p>	<p>ne 5,5 kg</p>
15.	<p>Obavezno posjedovanje sljedećih opcija komunikacije: WiFi modul za komunikaciju sa BIS Obavezno posjedovanje mogućnosti slanja samotesta aparata i printanja na interni printer Obavezno posjedovanje min 1 USB ulaza Obavezna mogućnost prenosa podataka o pacijentu</p>	<p>ne nema WiFi modul za komunikaciju sa BIS</p>

Za navedene tehničke zahtjeve ponuđač je u tehničkoj specifikaciji naveo DA ali je Komisija uvidom u katalošku dokumentaciju konstatovala odstupanja od traženog.

Ponuđač je potpisao ANEKS 1 u kojem tačka 7. Glasi „Odgovaramo za tačnost podataka navedenih u specifikaciji karakteristika tenderske dokumentacije, a radi nabavke odgovarajuće opreme i svjesni smo da će nas pogrešno navedeni podaci direktno eliminisati iz daljeg toka natjecanja“, a ipak je naveo netačne podatke.

Na osnovu gore navedenog Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača ALFA MED d.o.o. Tomislavgrad ispunjava formalno pravne zahtjeve, ali ne ispunjava tehničke zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom, te je neprihvatljiva i ne može učestvovati u daljem toku natjecanja.

-Ponuđač BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo dostavio je ponudu 1. Bifazni defimonitor (mobilni/stacionarni) profesionalni za kliničku upotrebu sa opcijom **Pacing i CPR senzorom /Defigard HD-7 proizvođača Schiller** i 2. Bifazni defimonitor (mobilni/stacionarni) profesionalni za kliničku upotrebu / **Defigard HD-7 proizvođača Schiller**

Uvidom u tenderske i tehničke zahtjeve, te dostavljenu, obilježenu katalošku dokumentaciju, Komisija je konstatovala da ponuda ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve, a što se vidi u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda br. 10-33-4-21459 od 05.05.2021.godine, gdje je dostavljena ponuda ocijenjena kao **prihvatljiva**, pa može biti predmet vrednovanja i može učestvovati u daljem toku natjecanja.

Za ovaj postupak javne nabavke planirano je provođenje e-aukcije, ali u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, član 3. Stav 3) u kojem je regulisano kako se e-aukcija ne može provesti u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, predmetni postupak se okončava u skladu sa članom 69. ZJN.

Obzirom da je zadovoljena transparentnost i da je cijena jedine prihvatljive ponude u okviru osiguranih sredstava za nabavku, Komisija je Izvještajem br. 10-33-4-21460 od 05.05.2021. godine dala prijedlog, da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor za „nabavku defibrilator-monitora za potrebe KCUS-a“ dodijeli ponuđaču BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo.

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donosi se odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA
Prof.dr. *Sebija Izetbegović*

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

- Ponuđačima;
- Tehnički sektor
- a/a KCUS