



Broj: 05.12.100-2410-Odluka o izboru/18
Sarajevo, 23.4.2018. godine

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 05.12.100-2410-Preporuka/18 od 19.4.2018. godine, u postupku javne nabavke robe – STERILIZATORI, v.d. direktor je donio:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, 05.12.100-2410-Preporuka/18 od 19.04.2018. godine i ugovor za javnu nabavku robe – STERILIZATORI se dodjeljuje ponuđaču „ANALITIKA“ d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: TEN-025-M od 09.4.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 11.630,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „ANALITIKA“ d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba zajedničkih djelatnosti.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici web: <http://www.zzjzks.ba>, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05.12.100-2410/18 od 05.4.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj:1075-7-1-56-3-11/18, poslana je na objavu dana 06.4.2018. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 06.4.2018. godine.



Zahtjev za dostavu ponuda i preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu „E-nabavke“ je prosljeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

- Ponuđaču: **LAB UNICA d.o.o. Sarajevo**

- Ponuđaču: **ANALITIKA d.o.o. Sarajevo**

- Ponuđaču: **APICAL d.o.o. Sarajevo**

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 05.12.100-2410-Komisija/18 od 18.4.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 19.4.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05.12.100-2410-Preporuka/18 od 19.4.2018. godine, u postupku javne nabavke **robe – STERILIZATORI**.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- ukupan broj pristiglih ponuda: **pet (5) ponuda**.

- blagovremeno su zaprimljene **pet (5) ponuda**.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da su prispjele ponude ponuđača EUROLAB d.o.o., ANALITIKA d.o.o., KEFO d.o.o., prihvatljive.

- da ponude ponuđača APICAL d.o.o. i LAB UNICA d.o.o. nisu prihvatljive iz sljedećih razloga:

Ponuđač Apical d.o.o. nije ponudio sterilizatore koji zadovoljavaju tehničku specifikaciju utvrđenu u Obrascu za cijenu Anex 3. jer u kataloškoj dokumentaciji nije navedeno niti obilježeno da sterilizator ima mehanički temperaturni limitator koji je veoma važan dio tehničke specifikacije, te nije obilježeno da ima funkciju vrijeme započinjanja procesa tek po dosezanju zadane temperature a tenderskom dokumentacijom je zahtjevano da se dostavi detaljna tehnička specifikacija sa jasno naznačenim svim oznakama komponenti robe koja se nudi, te katalošku dokumentaciju iz koje se jasno vidi da sva ponuđena roba zadovoljava zahtjevane tehničke karakteristike robe koje su navedene u Obrascu za cijenu Ponude, Anex 3. sa naznakom da će Ponuđač biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostave navedeni dokazi u vezi tehničke i profesionalne sposobnosti ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo.

Ponuđač Lab Unica d.o.o. nije ponudio sterilizatore koji zadovoljavaju tehničku specifikaciju utvrđenu u Obrascu za cijenu Anex 3. jer u kataloškoj dokumentaciji nije navedeno niti obilježeno da sterilizator ima mehanički temperaturni limitator te nije obilježeno da ima funkciju vrijeme započinjanja procesa tek po dosezanju zadane temperature te nije ponuđen max. temperaturni raspon do 300°C a tenderskom dokumentacijom je zahtjevano da se dostavi detaljna tehnička specifikacija sa jasno naznačenim svim oznakama komponenti robe koja se nudi, te katalošku dokumentaciju iz koje se jasno vidi da sva ponuđena roba zadovoljava zahtjevane tehničke karakteristike robe koje su navedene u Obrascu za cijenu Ponude, Anex 3. sa naznakom da će Ponuđač biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostave

navedeni dokazi u vezi tehničke i profesionalne sposobnosti ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriteriju iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, v.d. direktor nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, kako slijedi:

	Naziv / ime ponuđača	Ukupan ponuđena cijena (bez PDV-a)
1.	„ANALITIKA“ d.o.o. Sarajevo	11.630,00 KM

Izabrani ponuđač „ANALITIKA“ d.o.o. Sarajevo je izabran primjenjujući **kriterij najniže cijene**, koja je ponuđena u iznosu od 11.630,00 KM.

Drugi ponuđač čija je ponuda prihvatljiva je „EUROLAB“ d.o.o. Bijeljina koji je ponudio cijenu: 11.786,00 KM.


Treći ponuđač čija je ponuda prihvatljiva je „KEFO“ d.o.o. Istočno Sarajevo koji je ponudio cijenu: 11.898,00 KM.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

v.d. DIREKTOR
Mr.sc. Salih Mešić, dr.med.
Specijalista epidemiolog



Dostaviti:

1. EUROLAB d.o.o., Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina
2. ANALITIKA d.o.o., Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo
3. KEFO d.o.o., Ćorovićeva 1 A, 71 123 Istočno Sarajevo
4. APICAL d.o.o., Paromlinska 53 D, 71 000 Sarajevo
5. LAB UNICA d.o.o, Stupska bb, 71 210 Ilidža