

Sa portala Agencije za javne nabavke tendersku dokumentaciju je preuzelo 14 (četnaest) ponuđača. U određenom roku za dostavljanje ponuda na protokol ugovornog organa zaprimljene su 5 (pet) ponude i to: Analitika d.o.o. Sarajevo, Euro lab d.o.o. Bijeljina, Meda d.o.o. Sarajevo, Helia d.o.o. Sarajevo, Meda d.o.o. Sarajevo i MPS-lab d.o.o. Sarajevo.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem dekana broj: 01-1-1267/20 od 26.06.2020. godine, izvršila je javno otvaranje ponuda dana 29.06.2020. godine.

Nakon otvaranja ponude, izvršena je detaljna analiza te je utvrđeno da ponuda ponuđača: Analitika d.o.o. Sarajevo, Helia d.o.o. Sarajevo i Meda d.o.o. Sarajevo ispunjavaju uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Ponude ponuđača Eurolab d.o.o. Bijeljina i MPS-lab d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju uslove tražene tenderskom dokumentacijom, te se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene iz slijedećih razloga:

- **Ponuda ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina**, se isključuje iz postupka nabavke po osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda iz razloga što je ponuđen manji volumen za Univerzalni flit nastavke (2-200 μ L), a Aneksom 7 Tenderske dokumentacije tražen je maksimalni volumen 250 μ L.

- **Ponuda ponuđača MPS LAB d.o.o. Sarajevo**, se isključuje iz postupka nabavke po osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda iz razloga što ponuđeni pH metar sa setom pufer otopina, instalacijom i izdavanjem certifikata o kalibraciji ne zadovoljava minimalne tehničke karakteristike tražene Aneksom 7. Tenderske dokumentacije. Ponuđen je Mjerni opseg (pH): od 0-14 pH, a traženo je od -2,00-20,00 pH, ponuđena Rezolucija/preciznost temperature ($^{\circ}$ C): 0,1/ \pm 0,4 $^{\circ}$ C, a traženo 0,1/ \pm 0,5 $^{\circ}$ C, ponuđen Opseg temperature ($^{\circ}$ C): 0-60 $^{\circ}$ C a traženo od -5-105 $^{\circ}$ C, ponuđen Broj kalibracionih tačaka 3, a traženo 5.

S obzirom da je pristigao dovoljan broj prihvatljivih ponuda komisija je u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16), zakazala e-aukciju za dan 06.07.2020. godine koja je trajala od 11:00 sati do 11:16 sati. Na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije, konačna-rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji izgleda kako slijedi:

1. MEDA d.o.o. Sarajevo
2. HELIA d.o.o. Sarajevo
3. ANALITIKA d.o.o. Sarajevo

sa cijenom od **1.460,00 KM** bez PDV-a
sa cijenom od **1.480,00 KM** bez PDV-a
sa cijenom od **1.650,00 KM** bez PDV-a

Komisija za javnu nabavku sačinila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dana 10.07.2020. godine, te na osnovu kriterija najniža cijena, dala preporuku dekane Fakulteta da se ugovor za nabavku roba „Prenosni pH metar sa retom pufer otopina, instalacijom i izdavanjem certifikata o kalibraciji, Jednokanalna mehanička pipeta i Univerzalni flit nastavci za pipetu“ dodjeli ponuđaču: „MEDA“ d.o.o. Sarajevo.

U postupku donošenja odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.



D e k a n

Muhamed Brka
Prof. dr Muhamed Brka

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

Dostaviti:

- Analitika d.o.o. Sarajevo
- Euro lab d.o.o. Bijeljina
- Helia d.o.o. Sarajevo
- Meda d.o.o. Sarajevo
- MPS-lab d.o.o. Sarajevo
- Računovodstvo
- Ⓢ Uz tendersku dokumentaciju
- a/a