

Sarajevo, 02-04-2018

Broj: 0203-18183

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (br.0202-14544/17) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 0305-17652 od 30.03.2018. godine, Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke
za nabavku i isporuku C-Luka (mobilnog RTG aparata) za
potrebe Klinike za neurohirurgiju

I

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku, Izvještaj br. 0305-17652 od 30.03.2018. godine za nabavku i isporuku C-Luka (mobilnog RTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju nakon provedenog otvorenog postupka objavljenom na Portalu agencije za JN pod brojem: 893-1-1-107-3-32/18 dana 14.02.2018 godine i sažetkom objavljenim u Sl.Glasnik BiH, da se postupak nabavke **poništi u skladu sa tačkom 69./2./d) ZJN (Sl.Glasnik BiH 39/14), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.**

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici KCUS-a putem web stranice Kantona Sarajevo istovremeno sa dostavljanjem ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.0203-8447 od 14.02.2018. godine sa procijenjenom vrijednosti nabavke u iznosu od 350.000,00 KM bez PDV-a odnosno 409.500,00 KM sa PDV-om, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je 14.02.2018. godine objavio Obavještenje o nabavci broj: 893-1-1-107-3-32/18 na portalu e-Nabavke zajedno sa Tenderskom dokumentacijom za nabavku i isporuku C-Luka (mobilnog RTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju putem otvorenog postupka.

Tendersku dokumentaciju preuzelo je 13 (trinaest) ponuđača, a do krajnjeg roka određenog za prijem ponuda, 16.03.2018 godine, dostavljena je 1 (jedna) ponuda i to ponuda ponuđača Medit d.o.o. Sarajevo.

Komisija imenovana Odlukom broj: 0203-11719 od 02.03.2018.godine je pristupila provjeri dostavljene ponude i na osnovu detaljne analize zaključila da dostavljena ponuda ne sadrži sve tražene elemente ponude i da neispunjava formalno pravne i suštinske zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom, te je neprihvatljiva i ne može biti predmet vrednovanja.

Komisija je navela sljedeće obrazloženje:

U tenderskoj dokumentaciji tačka 4. Uslovi za kvalifikaciju tačka 4.3. navedeno je da će se ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača izvršiti na osnovu sljedećih izjava i dokumenata koje dostave ponuđači:

- a) Certifikat od strane proizvođača opreme za distribuciju i održavanje i servisiranje opreme na području BiH
- b) Pojedinačni certifikati servisera na raspolaganju da su osposobljeni za održavanje ponudene opreme uz napomenu da „Ponuda mora sadržavati sve navedene dokumente u originalu ili ovjerenj kopiji za tačke 4.2 i 4.3 u suprotnom će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u dalje razmatranje. Nepriklaganje bilo kojeg dokaza, i/ili izjave diskvalifikuje ponuđača



Ponudač Medit d.o.o. Sarajevo je dostavio Izjavu o servisnoj podršci kojom izjavljuje da je ovlašteni serviser za područje BiH za "ZIEHM IMAGING" medicinsku opremu, da posjeduje servis i Certifikat izdat od strane proizvođača o ovlaštenom servisu te da servisne poslove u Medit d.o.o. Sarajevo obavlja sljedeće osoblje:

1. Nenad Đorđević, dipl. el. ing.
2. Vedad Zulić, ing. servisa
3. Elezović Sanjin, ing. servisa
4. Goran Ilijev, ing. servisa

te da u prilogu dostavlja kopije certifikata, izdatih od strane proizvođača.

Na osnovu analize i uvida u priloženu dokumentaciju Komisija je konstatovala da ponuda ne sadrži certifikate za navedene servisere u ovlaštenom servisu za područje BiH proizvođača "ZIEHM IMAGING", a sadrži Certifikat za servisera Goran Ilijev za područje Srbije.

Obzirom da je ponudač dostavio izjavu da u prilogu dostavlja kopije certifikata, izdatih od strane proizvođača, te da iste nije dostavio u prilogu, osim za servisera 4. Goran Ilijev koji ima certifikat za područje Srbije, niti je dostavio dokument kojim dokazuje da su ponudač i serviser, odnosno firma iz Srbije u bilo kakvim poslovnim odnosima, Komisija je konstatovala da ponuda nije dostavljena u skladu sa postavljenim zahtjevima iz tenderske dokumentacije, odnosno da je nepotpuna i ne može biti prihvatljiva.

Zbog gore navedenih razloga, Komisija je dala prijedlog, Izvještaj br. 0305-17652 od 30.03.2018.. godine, da se za nabavku i isporuku C-Luka (mobilnog RTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju, donese odluka o poništenju postupka nabavke u skladu sa tačkom 69./2./d) ZJN (Sl.Glasnik BiH 39/14), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donijeta je odluka kao u dispozitivu.



GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr. Sebija Izetbegović

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

- Ponudaču;
- Tehnički sektor
- a/a KCUS

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom left corner of the page.